

DNA 测序样品质量标准（单次建库）：

总量	OD260/280 值
≥2 μg	1.8~2.0

ChIP 测序样品质量标准（单次建库）：

总量	片段大小
≥10 ng	100-500 bp 之间有峰

cDNA 测序样品质量标准（单次建库）：

总量	片段大小
≥200 ng	主峰在 1500 bp 处

RNA 测序样品质量标准（单次建库）：

总量	OD260/280 值	OD260/230 值	RIN	28S:18S
≥2 μg	1.8~2.2	≥1.0	≥8.0	≥1.5

Small RNA 测序样品质量标准（单次建库）：

总量	OD260/280 值	OD260/230 值	RIN	28S:18S
≥2 μg	1.8~2.2	≥1.0	≥8.0	≥1.5